

**Sygn. akt: KIO 491/21**

**POSTANOWIENIE**  
**z dnia 26 lutego 2021 r.**

**Krajowa Izba Odwoławcza** - w składzie:

**Przewodniczący: Robert Skrzyszewski**

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 26 lutego 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 lutego 2021 r. przez wykonawcę RescuLine Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

**postanawia:**

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. znieść koszty postępowania odwoławczego wzajemnie i nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy RescuLine Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze kwoty 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 wraz ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

**Przewodniczący:.....**

## **Uzasadnienie**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa trzech fabrycznie nowych Ambulansów typu C dla potrzeb Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku Numer referencyjny: EZP-2021/29/01/01.

W dniu 4 lutego 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie do przedmiotowego zamówienia pod numerem 2021/S 024-057207, w tej samej dacie została opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Nie zgadzając się z niektórymi postanowieniami ogłoszenia i SIWZ w dniu 15 lutego 2021 r. Odwołujący: RescuLine Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu:

1) mające lub mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania naruszenie przepisu art. 16 ust. 1 i art. 99 ust. 4-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. określenie przedmiotu zamówienia w sposób sprzeczny z zasadą równego traktowania wykonawców oraz poprzez sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który może utrudniać i wręcz uniemożliwiać uczciwą konkurencję (szczegółowo opisany w treści uzasadnienia odwołania)

2) mające lub mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania art. 16 ust. 1 i art. 99 ust. 4-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznacznie wskazujący na określony produkt jednego producenta, wskazanie źródła pochodzenia bez uzasadnienia i bez określenia kryteriów równoważności produktu, co ma wpływ na sporządzenie oferty (szczegółowo opisany w treści uzasadnienia odwołania).

Jednocześnie Odwołujący wnosił o:

1) uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: - modyfikacji ogłoszenia i zmiany zapisów SIWZ poprzez modyfikacje wymogów technicznych i funkcjonalnych sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w sposób zachowujący uczciwą konkurencję, poprzez:

a. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego w poz. 3 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nasze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym ten sposób, iż wymagana będzie zgodność z zapisami norm PN EN 1865-2 i

1865-3;

b. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego w poz. 10 w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym na zapis: Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokość leża noszy w zakresie dolnym od 35 - 40 cm i w zakresie górnym od 91 - 133 cm.

c. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 17 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno- hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: Nosze wyposażone w 4 koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Min.2 koła wyposażone w hamulce;

d. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 18 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno- hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: min 2 koła kierunkowe z system blokady toczenia na wprost;

e. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 23 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: uchwyt do prowadzenia i sterowania elektrycznego noszy, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście;

f. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 25 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: System umożliwiający i ułatwiający określenie czasu przeprowadzenia wymaganego przeglądu technicznego,

g. usunięcie wymogu opisanego poz. 27 załącznika nr 6 do SIWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym: Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi;

h. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 32 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: Waga noszy max. 75 kg. Nosze zgodnie z normami: EN PN 1865-3:2012 + A1:2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń); EN PN 1865-2:2010 + A1:2015 (nosze z zasilaniem) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789:2007 + A2:2014. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną;

i. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 33 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym: w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: System mocowania noszy

montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub na lawecie, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390kg. System załadunku zgodny z aktualną normą PN-EN 1789 załączyć certyfikat oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej EN 1789. Dokumenty producenta ambulansu potwierdzające spełnienie oferowanego rozwiązania mocowania noszy z PN EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną;

j. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 34 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym: w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: W przypadku dostawy noszy z elektrycznym systemem mocowania noszy wbudowany w mocowanie noszy zapasowy panel sterowania pozwalający na automatyczne unoszenie/opuszczanie goleni noszy, wypinanie/wpinanie noszy z funkcją rezerwowej obsługi manualnej wyżej opisanych opcji lub mechaniczny/ręczny system mocowania noszy umożliwiający załadunek/wyładunek noszy bez wysiłku operatora i zapewnia podtrzymanie całego zestawu z pacjentem;

k. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 35 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym: w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: Wskaźniki ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania, dodatkowa sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa poprawnego zapięcia noszy w mocowaniu.

l. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 36 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym: w ten sposób, iż: wprowadzony zostanie wymóg: W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V i 230V. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie lub w przypadku zintegrowanego z noszami akumulatora dodatkowe zasilanie noszy 230V; m. usunięcie bądź zmianę wymogu opisanego poz. 40 załącznika nr 6 do SWZ w Części: Wyposażenie medyczne. Nosze główne elektryczno-hydrauliczne z załadunkiem elektrycznym: w ten sposób, iż wprowadzony zostanie wymóg: Dokument producenta (protokół/raport z badań) ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną.

2) Obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego i zasądzenie na rzecz odwołującego się kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

### **Izba zważyła, co następuje.**

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie przepisu art. 522 ust.1 zd.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

W dniu 24 lutego 2020 r. przed wyznaczoną rozprawą do siedziby Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło oświadczenie Zamawiającego o uwzględnieniu w całości odwołania.

Zgodnie z art.522 ust.1 zd.1 ustawy Pzp w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art.525 ust. 1 cyt. ustawy Pzp Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Izba ustaliła również, że w niniejszej sprawie zgłoszenie takie nie zostało dokonane po stronie Zamawiającego.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść przepisu art.574 i 576 ustawy Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Ze wskazanych przepisów wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu,

- w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.568 pkt 3 w związku z art. 522 ust.1 zd.1 ustawy Pzp orzeczono jak w sentencji.

**Przewodniczący:.....**